Certyfikaty:
ISO 9001:2008

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY"
ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: szpital@post.pl, 2800361@zoz.org.pl
Krajowy Rejestr Sądowy 499, Rejestr ZOZ 2800361, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Kętrzyn, dnia 07.01.2016r

Nr sprawy: 35/PP/2015

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul.M.C. Skłodowskiej 2
Tel. 89 751 25 02, Fax. 89 751 37 97
Regon 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 28-00361
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

Do wszystkich Wykonawców postępowania 35/PP/2015

Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pt. **„Dostawa pasków do glikemii"** (kod CPV: 33600000-6 Produkty farmaceutyczne) prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Szpital Powiatowy w Kętrzynie udziela wyjaśnień o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:
czy Zamawiający dopuści paski Ixell z kompatybilnymi glukometrami charakteryzujące się :

1. Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 50 sztuk, glukometr skalibrowany do osocza.
2. Funkcja automatycznego kodowania pasków wykluczająca klucze, chipy kodowe a tym samym redukująca możliwość błędnego kodowania przez personel
3. Czas pomiaru 7 sekund
4. Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl,
5. Wielkość próbki krwi 0,7 µl,
6. Zakres temperatury przechowywania pasków min 4 – min 40C°,
7. Zakres hematokrytu 20-60%,
8. Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST),
9. Wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
10. Automatyczny wyrzut paska – pozwala na bezdotykowe usunięcie zużytego paska pomiarowego unikając kontaktu z rękami personelu ograniczam y do minimum ewentualne ryzyko epidemiologiczne
11. Posiada i spełniania normy ISO 15197:2013 dla proponowanych pasków i glukometrów
12. Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej. Zapewniamy pełen serwis , szkolenie personelu , walidacje .

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający nie dopuszcza oferty pasków o parametrach wymienionych w pytaniu w podpunkcie 5 i 7. Pozostałe parametry są akceptowane.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Jerzy Godlewski

.....
(podpis Zamawiającego)